

Kúpna zmluva č. Z202110223_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo: Staromyjavská 59, 90701 Myjava, Slovenská republika
IČO: 00610721
DIC: 2021039988
IČ DPH: SK2021039988
Bankové spojenie: IBAN: SK9881800000007000510627
Telefón: 0346979352

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Artspect spol. s r.o.
Sídlo: Rybníčná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47760265
DIČ: 2024083050
IČ DPH: SK2024083050
Telefón: 0910133499

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Postele pre OAIM 3 ks
Kľúčové slová: zdravotnícke lôžka
CPV: 33192100-3 - Lôžka na zdravotnícke účely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Postele pre OAIM 3 ks
2. Aktívny antidekubitný matrac.

Položka č. 1: Postele pre OAIM 3 ks

Funkcia				
Resuscitačné lôžko pre kritickú starostlivosť, s laterálnym náklonom a integrovanými váhami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Postele pre OAIM	ks			3
Elektrické integrované predĺženie ložnej plochy	cm	20		
Elektrické ovládanie chrbtového, stehenného, lýtkového dielu, zdvíhu ložnej plochy v rozsahu	cm	45-80		
Elektrické ovládanie laterálneho náklonu lôžka	stupne		20	
bezpečné pracovné zaťaženie lôžka	kg	250		
Ložná plocha umiestnená na 3 teleskopických stĺpoch - dĺžka	cm	200		
Ložná plocha umiestnená na 3 teleskopických stĺpoch - šírka	cm	85		

Vonkajšie rozmery lôžka - dĺžka	cm		225	
Vonkajšie rozmery lôžka - šírka	cm		100	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pevná a stabilná konštrukcia lôžka (konštrukcia sa nesmie pohybovať alebo krútiť ani pri maximálnom pracovnom zaťažení)	požadujeme			
Ložná plocha rtg transparentná (min. od hlavy po panvu ležiaceho pacienta)	požadujeme			
Držiak na uchytenie RTG kazety, RTG kazeta pod ložnou plochou dobre dostupná z boku lôžka	požadujeme			
Možnosť plynulého snímkovania C-ramenom	požadujeme			
Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného dielu jedným tlačidlom (autokontúra)	požadujeme			
Ložná plocha so systémom eliminácie trecích a strižných síl pri polohovaní pacienta	požadujeme			
Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg / Antitrendelenburg, minimálne 13 stupňov	požadujeme			
Vyberateľné celoplastové čelá, nožné čelo so zámkami proti náhodnému vyťahnutiu	požadujeme			
Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej časti lôžka, s integrovanými patientskými ovládačmi, s ochranou proti náhodnému spusteniu	požadujeme			
Sesterský ovládací panel s displejom, integrovaný v hlavovej bočnici, s ochranou proti nechcenému polohovaniu, zámkami jednotlivých polôh, zobrazujúci namerané hmotnosti, nastavenie jednotlivých polôh lôžka, s pamäťovými polohami (minimálne - resuscitačná poloha CPR, kardio kreslo, Trendelenburg, mobilizačná poloha)	požadujeme			
Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, funkciou STOP, zámkami polôh, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR)	požadujeme			
Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	požadujeme			
Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre nastavenie laterálneho náklonu, s ochranou proti nechcenému polohovaniu	požadujeme			
4 dvojité pojazdové kolieska s centrálnym ovládaním, minimálne 1 antistatické + 5. zasúvateľné koliesko pre lepšiu a ľahšiu manipuláciu a jazdu s lôžkom	požadujeme			
dvojité pojazdové kolieska s centrálnym ovládaním, minimálne 1 antistatické + 5. zasúvateľné koliesko pre lepšiu a ľahšiu manipuláciu a jazdu s lôžkom	požadujeme			
Minimálne 2 držiaky na infúzny stojan v oblasti čiel	požadujeme			
Držiak na hrazdu v oblasti hlavového čela	požadujeme			
Minimálne 2 bočné držiaky na drobné príslušenstvo (kôš na bažanta, sáčku na moč apod.)	požadujeme			
Držiaky na prídavný nožný pár bočníc	požadujeme			
Držiak ventilátorových trubic plynulo kopírujúci náklony ložnej plochy	požadujeme			
Držiak ventilátorových trubic plynulo kopírujúci náklony ložnej plochy	požadujeme			
Uhlomery indikujúce uhol nastavenia chrbtového dielu, náklonu ložnej plochy TR/ATR a laterálneho náklonu	požadujeme			

Zálohová batéria s indikátorom stavu.	požadujeme
Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci automatické zastavenie polohovania	požadujeme
Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po oboch stranách lôžka.	požadujeme
Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve	požadujeme
Jednoducho čistiteľná konštrukcia lôžka (bez ťažko čistiteľných záhybov, otvorených dutín, nekvalitných zvarov, apod.)	požadujeme
4 rohové ochranné protinárazové kolieska	požadujeme
Bezpečnostné nočné podsvietenie lôžka	požadujeme
Integrované váhy zobrazujúce hmotnosť pacienta, s možnosťou uloženia nameraných hodnôt	požadujeme
Funkcia alarmu opustenia lôžka pacientom	požadujeme

Položka č. 2: Aktívny antidekubitný matrac.

Funkcia				
Aktívny antidekubitný matrac pre veľmi vysoké riziko vzniku dekubitov a existujúce dekubity až IV. stupňa				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aktívny antidekubitný matrac	ks			3
Najkratšia perióda dynamického režimu maximálne 10 minút.	min.		10	
Kompresosom riadené aktívne prevzdušňovanie jadra matraca pre odvedenie prebytočného teplot a vlhkosti od tela pacienta	l/hod	20		
Rozmery matraca vhodné pre ložnú plochu daného lôžka. Výška matraca	cm		23	
Nosnosť	kg	250		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dve vrstvy na sebe nezávislých ciel s oddelenými okruhmi pre dosiahnutie nulového tlaku na pokožku pacienta.	požadujeme			
Automatické nastavenie tlaku v celách.	požadujeme			
Šetrný a účinný dynamický systém zaisťujúci dostatočnú podporu pre pacienta - systém striedania tlaku v celách minimálne 3-1	požadujeme			
Režimy minimálne: dynamický (terapeutický), statický (pre vyšetrenie, zavedenie katétrov, apod.) s bezpečnostným automatickým návratom do dynamického režimu, režim konštantného nízkeho tlaku (pri kontraindikácii dynamického režimu, pred presunom na pasívny matrac, apod.)	požadujeme			
Možnosť manuálneho nastavenia tlaku pre optimalizáciu komfortu pacienta.	požadujeme			
Možnosť transportu ležiaceho bez kompresoru až 24 hodín.	požadujeme			
Usporiadanie ciel do kompaktných modulov zabraňujúcich zapadaniu pacienta medzi cely pri polohovaní.	požadujeme			
Usporiadanie ciel aspoň v troch zónach (hlava, telo, päty) s rôznou štruktúrou a veľkosťou ciel v jednotlivých zónach.	požadujeme			
Možnosť individuálneho nastavenia tlaku v celách pod hlavou a pätami (z dôvodu pronačnej polohy).	požadujeme			

Zvukový alarm upozorňujúci na stratu napájania.	požadujeme
Bočné vystužujúce cely pre zvýšenie bezpečnosti ležiaceho.	požadujeme
Matrac určený k uloženiu priamo na ložnú plochu.	požadujeme
Možnosť rýchleho vypustenia CPR.	požadujeme
Funkcia automatického prispôsobenia tlaku v panvovej oblasti matraca pri posadení pacienta.	požadujeme
Systém ochrany pred nežiadúcou manipuláciou a chybným nastavením.	požadujeme
Úchyty na boku matraca pre bezpečné vedenie napájacieho káblu.	požadujeme
CRIB 5.	požadujeme

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.
Cena vrátane dodania, inštalácie na mieste plnenia (predvedenie a odskúšanie predmetu zákazky), vrátane zaškolenia max. 3 osôb, v rozsahu max. 1 hodiny. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do celkovej ceny predmetu zmluvy. Celková cena predložená Dodávateľom zohľadňuje primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť zmluvnú cenu. Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania.
Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ do 3 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložil zoznam zodpovedných osôb za plnenie tejto zmluvy s uvedením mena, č. tel., e-mailu.
Komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom musí byť realizovaná elektronicky. Prípadné ústne dohody musia byť následne potvrdené elektronicky.
Objednávateľ požaduje vystavenie východzej revíznej správy, ak je potrebná vzhľadom na platné predpisy a technické normy.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ je povinný presný termín a čas dodania predmetu zákazky oznámiť Objednávateľovi písomne (elektronicky) minimálne dva pracovné dni vopred tak, aby Objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb Objednávateľa na prevzatie predmetu zákazky
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy na EKS doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru - napr. prospektový materiál, katalóg, technický list a pod., ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti.
Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných podkladov (dokumentov), alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy. Ak dôjde k rozporu, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť požadované dokumenty do 3 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami, Objednávateľ má právo jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.
Objednávateľ posúdi parametre ponúkaného predmetu zákazky a max. do 3 pracovných dní odo dňa doručenia technickej špecifikácie oznámi Dodávateľovi (elektronicky), či ponúkaný predmet zmluvy: a) preukazuje splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo b) nepreukazuje splnenie niektorej z požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a Objednávateľ vyzve Dodávateľa na ich doplnenie / opravu / úpravu a zároveň určí lehotu na ich splnenie.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii a ebo v osobitných požiadavkách na plnenie alebo v Kúpnej zmluve sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ požaduje bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby počas záručnej doby. Záruka je minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky. Všetky náklady spojené s odstránením prípadnej poruchy v rámci oprávnenej reklamácie v záručnej lehote znáša dodávateľ.
Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia.
V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.
Preddavok sa neposkytuje. Predmet zmluvy bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry a potvrdeným preberacím protokolom. Splatnosť faktúry je 60 dní od potvrdenia preberacieho protokolu. Prílohou faktúry bude dodací list, preberací protokol.
Zmluva a nadobudnutie účinnosti zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV. Všeobecných zmluvných podmienok "Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ" OPET v platnom znení.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy z EKS, názov predmetu VO zo zmluvy, rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávatel právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávatelovi.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.
Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávatel akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
V prípade, že verejnému obstarávateľovi nebudú predelené finančné prostriedky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávatel umožňuje nahraďiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávatel nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávatel nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky

Okres: Myjava
Obec: Myjava
Ulica: Staromyjavská 59

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.05.2021 08:00:00 - 07.07.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 40 962,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 49 154,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 25.05.2021 13:24:01

Objednávateľ:

Nemocnica s poliklinikou Myjava

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Artspect spol. s r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska